

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42\*

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42\*\*


634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а\*\*\*

634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, д. 103 а, стр.1\*\*\*

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории

  
Т.В. Андреева

05 мая 2023 г.



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5993

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 05 мая 2023 г.
2. Сведения об образце:
- 2.1. Наименование образца испытаний\*\*\*\*: вода питьевая
- 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
- 2.3. Сведения об изготовителе\*\*\*\*: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления\*\*\*\*: - 2.5. Номер партии\*\*\*\*: -
- 2.6. Объем партии\*\*\*\*: - 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, целостность не нарушена
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 2 x 0,5 л
- 2.10. Дата и время отбора образца\*\*\*\*: 26.04.2023 09:38
- 2.11. Дата и время доставки образца: 26.04.2023 11:00
- 2.12. Код образца: 14201.2.1.23.04; 14201.1.1.23.04
3. Сведения об отборе:
- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):  
Образец доставлен заказчиком, Акт приема-передачи проб (образцов) № 01226042311
- 3.2. Место отбора образца\*\*\*\*:  
Томская область, Томский район, п. Трубачево, выход в сеть (станция водоподготовки после очистки, скважина № 1 (ТМ-692))
- 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы \*\*\*\*:  
МУП "Мирный", 634539, Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Трудовая, 10, mup.mirniy@yandex.ru, +7(3856)32-55-13  
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробу:  
Е.Л. Килина, статистик
- 3.5. Условия доставки\*\*\*\*: сумка-термос, t +4 °C

\*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения;

\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**4. Сведения о заказчике:**

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП "Мирный", 634539, Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Трудовая, 10, mup.mirniy@yandex.ru, +7(3856)32-55-13

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7014065385/2197031371425

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Заявление № 3553 от 26 декабря 2022 г. (вх. № 70-20/3877-2022 от 26.12.2022)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

**6. Условия хранения:** соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола статистик

(должность)

(подпись)

Е.Л. Килина

## Результаты испытаний

**Бактериологическая лаборатория; 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.Розы Люксембург, 13, а;**  
 (наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности,  
**+7 (3822) 51-49-31; baksesto@mail.tomsknet.ru**  
 номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1870)


Код пробы (образца) 14201.2.1.23.04

| № п/п  | Определяемая характеристика (показатель) | Результат исследований (испытаний) | Допустимый уровень | Единица измерения, (для граф 3,4) | Идентификация применяемого метода испытаний                                  |
|--|--|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 1  | 2  | 3                                  | 4                  | 5                                 | 6  |
| 1  | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С  | менее 0,5                          | не более 50        | КОЕ/см <sup>3</sup>               | МУК 4.2.1018-01 п.8.1.   |
| 2  | Общие (обобщенные) колиформные бактерии  | не обнаружено                      | отсутствие         | КОЕ/100 см <sup>3</sup>           | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.;<br>МУК 4.2.3690-21 (изменения № 2 в МУК 4.2.1018-01) |
| 3  | Escherichia coli ( E.coli )              | не обнаружено                      | отсутствие         | КОЕ/100 см <sup>3</sup>           | ГОСТ 31955.1-2013 п.8  |
| Дополнительные сведения: количество исследований-3 |  |                                    |                    |                                   |  |

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2023 по 27.04.2023

Дата выдачи результатов: 27.04.2023

Результаты утвердил:

| Должность                                     | Инициалы, фамилия | Подпись   |
|---|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | О.В.Дьякова       |  |



страница 3 из 5

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу





Результаты испытаний

лаборатория физико-химических методов исследования,  
634021, РОССИЯ, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе103а, стр. 1,  
Тел. +7(3822) 26-67-29, chimsesto@mail.tomsknet.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1252)


Код пробы (образца) 14201.1.1.23.04

| № п/п  | определяемая характеристика (показатель) | единицы измерения (для граф 4,5,6) | допустимый уровень | результаты исследований (испытаний) | нормы погрешности ±/нормы неопределенности ± (при k=2, P=0,95) | идентификация применяемого метода испытаний |
|--|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1  | 2  | 3                                  | 4                  | 5                                   | 6  | 7   |
| 1  | Запах при 20° С                          | баллы                              | 2                  | 2                                   | -  | ГОСТ Р 57164 п.5                            |
|  | Запах при 60° С                          | баллы                              | 2                  | 2                                   | -  | ГОСТ Р 57164 п.5                            |
| 2  | Привкус                                  | баллы                              | 2                  | 1                                   | -  | ГОСТ Р 57164 п.5                            |
| 3  | Мутность                                 | мг/дм <sup>3</sup>                 | 1,5                | < 0,58                              | -/-  | ГОСТ Р 57164 п.6                            |
| 4  | Цветность                                | градус цветности                   | 20                 | < 5                                 | -/-  | ГОСТ 31868 п.5 (фотометрический метод)      |
| 5  | Железо общее/<br>Железо (Fe, суммарно)   | мг/дм <sup>3</sup>                 | 0,3                | < 0,10                              | -/-  | ГОСТ 4011-72 п.2                            |
| 6  | Марганец (Mn, суммарно)                  | мг/дм <sup>3</sup>                 | 0,1                | < 0,005                             | -/-  | МУ 31-10/04                                 |
| Дополнительные сведения: количество исследований - 6 |  |                                    |                    |                                     |  |   |

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2023 по 27.04.2023

Дата выдачи результата: 28.04.2023

Результаты утвердил:

| Должность                                     | Инициалы, фамилия | Подпись   |
|---|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | И.И. Воронцовая   |  |



страница 5 из 5

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

